

OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO

Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale

MILANO

Chiarimenti

Gara a procedura aperta per la fornitura di circuiti per anestesia e rianimazione

Ditta Covidien S.p.A.

D) - **Lotto n. 1:** Nel modello gamma vengono riportate descrizioni e numerazioni dei sub lotti diversi rispetto a quelli indicati sul capitolato speciale (manca la voce G) sul capitolato.

R) La voce E Circuito adulti per rianimazione coibentato Pz. 300/anno, è stata indicata erroneamente nel Modello Gamma e pertanto va stralciata;

La nuova tabella del Modello Gamma - Lotto 1 diventa la seguente:

	<u>Lotto 1 - circuiti respiratori monouso</u>	n./anno	prezzo/cad. (s/iva)	totale
A	circuito per anestesia adulti cm 200	2.500		
B	circuito per anestesia adulti cm 400	400		
C	circuito anestesia pediatrico cm 180	400		
D	circuito anestesia neonatale cm 150	150		
E	circuito pediatrico per rianimazione	80		
F	circuito adulti per rianimazione termoregolato	700		
	totale lotto			

D) - **Lotto n. 2:** Nel modello gamma vengono riportate descrizioni e numerazioni dei sub lotti diversi rispetto a quelli indicati sul capitolato speciale (manca la voce E) sul capitolato.

R) Il prodotto riportato nelle schede tecniche Lotto 2 Catetere fisso mount monouso è richiesto in due diverse misure, (lunghezza cm 10, spazio morto 25 ml, Pz. 1000/anno e lunghezza 5 cm, spazio morto 15 ml, Pz. 350/anno). Pertanto nel modello gamma sono state indicate correttamente entrambe le misure come di seguito indicato:

	<u>Lotto 2 - cateteri mount monouso</u>			
A	catetere mount fisso monouso cm 10 (spazio morto 25 ml)	1.000		
B	catetere mount fisso monouso cm 5 (spazio morto 15 ml)	350		
C	catetere mount dritto monouso	4.000		
D	catetere mount estensibile	400		
E	catetere mount di carlens monouso	50		
	totale lotto			

D) - **Lotto n. 4:** Quantitativi differenti; sul modello gamma vengono indicati n. 1000 pezzi mentre sul capitolato speciale vengono indicati n. 3000 pezzi.

R) Il quantitativo corretto della voce Unità respiratoria manuale adulti monouso è di Pz. 3.000.

La nuova tabella del Modello Gamma - Lotto 4 diventa la seguente:

	<u>Lotto 4 - unità respiratorie manuali</u>			
A	unità respiratoria manuale adulti monouso	3.000		
B	unità respiratoria manuale pediatrica monouso	100		
C	Maschere anestesia	6.000		
D	palloni per anestesia	200		
	totale lotto			

OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO

Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale

MILANO

D) - **Art. 11 Campionatura:** Relativamente alla campionatura da presentare: 2 confezioni per prodotto: s'intende n. 2 pezzi (in confezione primaria originale di vendita) oppure n. 2 confezioni (confezioni secondarie originali di vendita contenenti le confezioni primarie dei singoli pezzi) ?

R) Per numero di campioni è inteso di 2 pezzi per tipo.

D) – **Art. 4 Quantità della fornitura:** Non è chiaro se il quantitativo stimato superiore al 20% o del 25% sul totale annuo sia in relazione ai soli acquisti dell'Azienda Fatebenefratelli oppure al totale degli acquisti di tutte le Aziende consorziate previsto dall'Art. 15.

R) Si invita ad attenersi a quanto previsto dal capitolato speciale di gara.

D) – **Art. 15 Clausola di adesione:** In riferimento alle Direttive della Regione Lombardia e accordi interaziendali posti in essere dalle Aziende Sanitarie della Provincia di Milano, si richiedono i riferimenti ai fini della reperibilità degli stessi (o, qualora ciò non fosse possibile avervi accesso, direttamente copia dei medesimi).

R) Si elencano di seguito:

- Decreto Legge del 18.09.2001, n. 347, convertito con legge del 16 novembre 2001, n. 405, si è disposto che le Regioni adottino iniziative necessarie affinché le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere aderiscano a tale sistema e che si vincolino ad aderire a tali iniziative, ad eccezione che per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza;
- DGR n. VII/12101 del 14 febbraio 2003, avente ad oggetto: "razionalizzazione della spesa per beni e servizi nella Regione Lombardia" ha approvato il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip S.p.a.
- dgr 28 marzo 2003 n.12528 riconferma l'accordo tra Regione Lombardia, Aziende Sanitarie Lombarde e IRCCS pubblici per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi nel sistema sanitario lombardo mediante l'adesione alle convenzioni stipulate da Consip spa.
- Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia 13 marzo 2002, n. 462, prevede tra l'altro l'introduzione di "*forme consorziate di acquisto*" che consentano alle aziende sanitarie di avere un maggiore potere contrattuale nei confronti dei fornitori, snelliscano le procedure di acquisto, diminuiscano le scorte di materiale e consentano significativi risparmi anche sul fronte della logistica e dei costi finanziari.
- DGR N. VIII/3776 del 13. dicembre 2006 " Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2007" in particolare allegato 3 "Gli acquisti delle Aziende Sanitarie: linee indirizzo"

Si rende noto che nell'eventualità che le ditte partecipanti alla procedura, dichiarino espressamente di non accettare la clausola contenuta all'art. 15 del capitolato di gara, le stesse non verranno escluse dalla gara.

D) Si chiede i nomi delle Aziende Sanitarie del Consorzio di Milano e Provincia che potrebbero fare richiesta di adesione alla gara indetta da codesta Azienda ?

R)

- Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano;
- Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza
- Azienda Ospedaliera L. Sacco di Milano;
- Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Vimercate;
- Azienda .Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate;
- Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano;
- Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano;
- Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" di Milano;
- Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano";
- Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano;

Ditta B. Braun Milano SpA

OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
MILANO

D) **Lotto 6** - Non è indicata la lunghezza per i cvc pediatrici: si possono mettere delle alternative?
Noi abbiamo 8, 13, 20 cm.

R) Cat. pediatrico lunghezza indicativa 10cm e 12cm

D) **Lotto 6** - Cosa significa "siringa di sicurezza per l'inserimento della guida"?

Noi abbiamo delle alternative per l'inserimento della guida:

a - l' ago metallico;

b - l'ago cannula;

c - l'ago valvolato (ago a due vie: via laterale con valvola automatica per inserimento della guida e via principale dove resta connessa la siringa per garanzia di sicurezza).

Possiamo offrire i diversi codici in alternativa?

R) Per siringa di sicurezza si intende una siringa con la quale l'operatore non abbia possibilità di contrarre infezioni durante l'utilizzo,quindi non possa venire a contatto con liquido ematico; in ogni caso è una caratteristica preferenziale ma non vincolante.