

OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
MILANO

Chiarimenti

Gara a procedura aperta per la fornitura in service di kit monouso per interventi di vitrectomia

Ditta Alcon Italia

D) - **Disponibilità luce XENON:** Per disponibilità si intende che lo strumento deve avere la luce allo xenon integrata o che lo strumento può inserire successivamente e a costi aggiuntivi la luce xenon ?

R) Si intende che lo strumento deve avere la luce allo xenon integrata.